



**FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS**  
Universidad Nacional del Nordeste

**CONTRATACION DIRECTA N° 58/17 SEGUNDO LLAMADO**  
**ART 25 inciso d) apartado 1, del Decreto 1023/01ART 15° DEC N° 1030/2016 PEN**  
**FECHA Y LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS: DIA: 20/11/17 – HORA: 11:00**  
**FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS – UNNE – SARGENTO CABRAL 2139**  
**EXPTE N° 14-2017-01936 - FCV**

Corrientes, 07 de noviembre de 2017

Sres.

**Su Despacho:**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s con el objeto de enviarles pliegos e invitarlos a cotizar los elementos y/o materiales que se detallan a continuación sujeto a las exigencias establecidas en las reglamentaciones vigentes:

REN-GLON	CANTI-DAD	ARTICULOS – ELEMENTOS Y/O MATERIALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRES (3)	<p><b>CAMPANAS EXTRACTORAS DE GASES SOBRE MESADA. Especificaciones técnicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas aproximadas: ancho 1,20 m., profundidad 0,60 m. y altura de 1,40 m.</li> <li>-Construida en chapa de acero totalmente revestida con polvo epoxidico horneado color Gris</li> <li>-Puerta frontal de vidrio laminado de seguridad de 3+3 mm de espesor, tipo guillotina, levadiza por sistema de motor reductor, con tecla inalámbrica de comando que permite subir, bajar o detener la puerta a cualquier altura deseada por el operador; apertura total aprox. de 650 mm, velocidad de apertura aprox. 32 mm/seg.</li> <li>-El motor extractor centrífugo monofásico, capaz de extraer un caudal de 20 m<sup>3</sup> minuto a una contrapresión de 15 mm.c de agua; 100 % blindado apto para uso en exteriores. Deberá responder a normas de seguridad IP 55</li> <li>-Turbina extractora debidamente revestida en epoxi horneado para evitar corrosión.</li> <li>-Dos llaves esféricas de acero inoxidable para corte externo de servicios con oliva interna para mangueras.</li> <li>-Poseer iluminación interior con artefacto de tubos fluorescentes estanco y de fácil acceso para el cambio eventual de tubos.</li> <li>-Con tablero de corte eléctrico para motor de campana, iluminación interior y motor de puerta guillotina.</li> <li>-Lista para apoyar sobre mesadas existentes en Laboratorio.</li> </ul> <p><b>Garantía</b>  <b>Presentar folletería ilustrativa del equipamiento que se cotiza.</b></p>		
<b>TOTAL DE LA OFERTA</b>				

TOTAL DE LA COTIZACION: PESOS .....  
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) DIAS.  
PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DIAS.  
PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 231.000,00

LUGAR Y FECHA

SELLO COMERCIAL

FIRMA AUTORIZADA